

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000040334\_01\_05  
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000040334\_01 vom 05. November 2019

---

**Messeinrichtung:** MEAC300  
**Hersteller:** SICK AG  
Gisela Sick Straße 1  
79276 Reute  
Deutschland

---

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der  
Überwachung der Emissionen und der Immissionen  
vom 09. März 2022  
Veröffentlichung: BAnz AT 11.04.2022 B10**

- VI. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung  
von Emissionen und Immissionen:**
- 46 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes  
vom 28. Juni 2019 (BAnz AT 22.07.2019 B8, Kapitel IV Nummer 1.2) und  
vom 29. Juni 2021 (BAnz AT 05.08.2021 B5, Kapitel IV 18. Mitteilung)**

Die aktuelle Softwareversion für die Messeinrichtung MEAC300 (MEAC 2012)  
(ID = 0000040334) für Emissionsauswertesystem der Firma SICK AG lautet:


4.1.34.30


Die Versionen bis 4.1.34.29 sind nicht mehr zu verwenden, da es in den Protokollen  
zu fehlerhaften Ausgaben kommen kann.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 6. Januar 2022

---

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Köln, 12. April 2022

  
i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum

  
i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

[www.umwelt-tuv.eu](http://www.umwelt-tuv.eu)  
tre@umwelt-tuv.eu  
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.